## VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 15 AUG 2005

**PCT** 

WIPO

PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003P09785WO	WEITERES VORGEHEN	sìehe Formbi	att PCT/IPEA/416				
Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeld PCT/EP2004/009314 19.08.2004		(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsd: 01.09.20	atum <i>(TagMonat/Jahr)</i> 103				
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61B18/14, A61B5/042, A61B5/055, A61B6/03, A61B8/14, G01S15/89							
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.							
<ol> <li>Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</li> </ol>							
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	nt 6 Blätter einschließlich die	ses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	LAGEN bei; diese umfassen	•					
a. 🗆 (an den Anmelder und das	Internationale Büro gesandt)	insgesamt Blätter; dabei ha	ndelt es sich um				
☐ Blätter mit der Beschre zugrunde liegen, und/c							
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.							
b.   (nur an das Internationale Būro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).							
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:						
☑ Feld Nr. I Grundlage des	Bescheids						
☐ Feld Nr. II Priorität							
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tä Anwendbarkeit			nd gewerbliche				
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	neitlichkeit der Erfindung						
und der gewerb	☐ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung						
	eführte Unterlagen						
· -	gel der internationalen Anme						
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Berr	erkungen zur internationalen	Anmeldung					
Datum der Einreichung des Antrags	Datu	n der Fertigstellung dieses Beri	chts				
22.06.2005	12.0	8.2005					
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bediensteter					
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d		g, H	September 2				
Fax: +49 89 2399 - 4465		-49 89 2399-					

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009314

	Feld Nr. I Grundlage des Ber				
1. !	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei der es sich um die Spra internationale Recherch Veröffentlichung der inte internationale vorläufige	r Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, ache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ae (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ernationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) e Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	:		
2.	Hinsichtlich der <b>Bestandteile</b> * o Anmeldeamt auf eine Aufforder "ursprünglich eingereicht" und s	der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> rung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts s sind ihm nicht beigefügt):	als		
	Beschreibung, Seiten				
	1-17	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ansprüche, Nr.	a a de la compansa de			
	1-16	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Zeichnungen, Blätter	·			
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	☐ einem Sequenzprotokoll u Sequenzprotokoll	und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3	.   Aufgrund der Änderunger	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
	☐ Beschreibung: Seite				
	<ul><li>☐ Ansprüche: Nr.</li><li>☐ Zeichnungen: Blatt/Ab</li></ul>	ah			
	[7] Seguenzarotokoll (ger	naue Angaben): zprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
4	<ul> <li>Dieser Bericht ist ohne B aufgelisteten Änderungen ers Auffassung der Behörde über (Regel 70.2 c)).</li> </ul>	Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachsteher stellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach r den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausge	nd ehen		
	☐ Beschreibung: Seite ☐ Ansprüche: Nr.	hh.			
	☐ Zeichnungen: Blatt/At☐ Sequenzprotokoll (ge☐ etwaige zum Sequen	ob. enaue Angaben): nzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* Wenn Punkt 4 zutri "ersetzt" versehen we	fft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemer	kung		

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009314

	Feld	Nr. III Keine Erstellung eines	Gut	achtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche		
 1.		wendbarkeit  Igende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf inderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:				
		die gesamte internationale Anmeldung,				
	⊠	Ansprüche Nr. 1-11				
	-	Begründung:				
	Ø	Ansprüche Nr. 1-11 beziehen sich auf den				
		siehe Beiblatt		•		
		Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):				
		Die Ansprüche bzw. die obenge gestützt, daß kein sinnvolles Gi	e Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung stützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.			
	⊠		oengenannten Ansprüche Nr. 1-11 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.			
		Dec Nucleotid- und/oder Amino	Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den waltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil			
		die schriftliche Form		nicht eingereicht wurde.		
				nicht dem Standard entspricht.		
		die computerlesbare Form		nicht eingereicht wurde.		
		alo companione		nicht dem Standard entspricht.		
		Die Tabellen zum Nucleotid- u Form vorliegen, entsprechen r technischen Anforderungen.	nd/oc nicht (	der Aminosäuresequenzprotokoll, sofem sie nur in computerlesbarer den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen		
		siehe Beiblatt für weitere Anga	aben.			

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009314

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ansprüche 13,15,16 Ja: Nein: Ansprüche 12,14

Ansprüche Ja:

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche 12-16 Ja: Ansprüche: 12-16

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

Nein: Ansprüche:

siehe Beiblatt

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/009314

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-B-6 556 695

D2: US 2003/153907 A1

D3: EP-A-0 945 104

D4: US 2003/018251 A1

D5: WO 00/25672 A

#### Zu Punkt III

Die Verfahren der **Ansprüche 1-11** werden während einer invasiven Katheteranwendung durchgeführt. Sie gelten damit als Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers (Regel 67.1(iv) PCT), für die keine Prüfung hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit nach Art. 33(2)-(4) PCT durchgeführt wird (Art. 34(4)(a)(i) PCT).

#### Zu Punkt V

- 1. Der Gegenstand des unabhängigen **Anspruchs 12** ist aus den folgenden Gründen nicht neu nach Art. 33(2) PCT.
- 1. Dokument D1 offenbart eine Vorrichtung
  - (a) mit Eingangsschnittstellen für elektroanatomische 3D-Mappingdaten und 3D-Bilddaten (siehe Fig. 1),
  - (b) mit einem Segmentierungsmodul zur Segmentierung der 3D-Bilddaten und zur Extraktion eines 3D-Oberflächenverlaufs von Objekten innerhalb des mit den 3D-Bilddaten erfaßten Volumens (siehe Sp. 6, Z. 14-16),
  - (c) mit einem Registrierungsmodul zur automatischen lage- und dimensionsrichtigen Zuordnung der elektroanatomischen 3D-Mappingdaten und der 3D-Bilddaten durch Anpassung der Oberflächen beider Daten (siehe Sp. 12, Z. 52-61) und
  - (d) mit einem Visualisierungsmodul zur lage- und dimensionsrichtigen

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/009314

Überlagerung und Visualisierung mit einem Anzeigegerät der 3D-Mappingdaten und der 3D-Bilddaten (siehe Sp. 12, Z. 62 bis Sp. 13, Z. 29).

Die Vorrichtung aus Dokument D1 ist zur Durchführung des Verfahrens von Anspruch 1 geeignet. Folglich sind alle Merkmale von **Anspruch 12** aus Dokument D1 bekannt.

- 2. Die Vorrichtung von **Anspruch 12** wird ebenfalls durch die Dokumente D3, D4 und D5 vorweggenommen.
- 2. Die abhängigen **Ansprüche 13-16** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit nach Art. 33(2) bzw. (3) PCT erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden.

Die Merkmale von **Anspruch 14** sind ebenfalls aus den Dokumenten D1, D3, D4 und D5 bekannt.

Die zusätzlichen Merkmale der **Ansprüche 15** und **16** sind aus Dokument D2 bekannt (siehe Para. 46, 51 und 52.) Ihre Implementierung in die aus Dokument D1 bekannte Vorrichtung ist naheliegend.

Die Durchführung der Zuordnung mit einem mehrstufigen Prozeß nach **Anspruch** 13 wird als fachübliche Maßnahme angesehen.